



**SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE
ÁGUA E ESGOTOS DE LENÇÓIS PAULISTA -SAAE**

Bocaiúva/MG, 03 de Junho de 2022.

Ao Pregoeiro (a)

Ref.: **EDITAL DE PREGÃO N° 11/2022**
PROCESSO N° 15/2022

Prezados,

O Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Lençóis Paulista -SAAE, abriu processo licitatório, **Pregão Presencial N° 11/2022 para Registro de Preços**, no escopo de realizar aquisição de hidrômetros para água fria classe metrológica C, a base de troca de carcaça, pelo período de 06(seis) meses, de acordo com as necessidades da autarquia, conforme quantidade e especificação descrita no Anexo I - Termo de Referência.

A empresa Saga Medição S/A, no intuito de participar desse certame, obteve o edital em questão para poder preparar uma proposta estritamente de acordo com as necessidades dessa Administração. No entanto, depara-se com uma dificuldade de participar da licitação.

Sendo assim, apresenta a seguinte solicitação de esclarecimento formal referente a especificação técnica do item 01.

Item 01: - Especifica-se que a relojoaria deverá ser protegida por "(...) Anel metálico antifraude para proteção contra perfuração lateral da relojoaria;(...)". O fato de a relojoaria possuir a cúpula em material vidro, não só impossibilita como torna completamente desnecessária a utilização do dito anel metálico, visto que a função deste anel metálico é impedir a perfuração das laterais da relojoaria, mas apenas nos casos quando esta possui cúpula em policarbonato e o fraudador utiliza-se de agulha ou haste previamente aquecida no fogo para provocar o derretimento do plástico. O vidro é altamente resistente contra este tipo de fraude e é uma das principais razões de ser especificado para esta aplicação. Trata-se também de uma necessidade não aplicável quando se utiliza a cúpula em vidro,



dada a alta resistência do mesmo a esforços de compressão e impacto. Com base nos argumentos acima listados, solicitamos que seja aceito a cúpula de vidro sem os respectivos dispositivos auxiliares de segurança

- Na descrição do produto, e no item 4 (Especificações) é solicitado relojoaria em cúpula de vidro, já no item 5 (Outras Especificações) é informado "A cúpula do hidrômetro deverá ser fornecida com lente de vidro e caixa fabricada a partir de liga de bronze ou em policarbonato transparente de alta resistência conforme previsto na norma ABNT NBR 8193", faz se necessário saber qual o real material da cúpula do medidor a ser fornecido, vidro ou policarbonato?

Nestes termos,

Pede-se deferimento.

Patrícia de Cássia Siqueira

Saga Medição S/A
CNPJ: 08.026.075/0001-53
Patrícia de Cássia Siqueira
Setor de Licitação